

Lettre de notification client

Veillez transmettre ces informations à tous les utilisateurs concernés ainsi qu'au personnel biomédical de votre établissement.

Câble d'interface utilisateur plus long pour systèmes de ventilation Servo-u et Servo-n

Cher client, chère cliente,

Compte tenu de la situation actuelle concernant le Coronavirus COVID-19 et des demandes récentes des établissements de santé, nous avons conçu un câble d'interface utilisateur plus long entre l'unité patient et l'interface utilisateur des systèmes de ventilation Servo-u et Servo-n.

Le câble fourni par défaut avec les systèmes Servo-u et Servo-n mesure 2,9 mètres / 9,5 pieds.

Le nouveau câble en option mesure 6 mètres / 20 pieds. Cela permettra un espacement plus important entre l'interface utilisateur et l'unité patient, afin d'améliorer davantage le contrôle du ventilateur par les cliniciens en dehors de la zone à très haut risque, pendant la ventilation mécanique des patients atteints du COVID-19.

Référence	Description
68 90 333	Control Cable 6 m Servo-u/n (Câble de commande Servo-u/n de 6 m)

En outre, nous tenons à vous rappeler que le Support pour l'interface utilisateur du Servo-u/Servo-n est nécessaire lors du montage de l'interface sur un rail de 10 x 25-35 mm ou sur une table d'une épaisseur de 10 à 45 mm, et doit être commandé séparément. Sa référence est 68 80 099.

Veillez noter que nous introduisons ce câble alternatif à la suite de votre demande pour des cas d'urgence durant la pandémie de COVID-19, et que tout achat sera effectué sous ces conditions. Pour le commander, veuillez contacter votre représentant Getinge local.

Cordialement,

Jennie Haag
Director of Global Product Management
Maquet Critical Care AB

Miray Kärnekull
Medical Director
Maquet Critical Care AB