

Utilisation de ventilateurs qui ne sont plus maintenus

Compte tenu de la situation actuelle vis-à-vis de l'infection à Coronavirus Covid-19, nous souhaitons vous communiquer notre position vis-à-vis de l'utilisation de ventilateurs qui ne sont plus maintenus :

- En mars 2004, la production des modèles de ventilateurs Servo SV300 et 900 a été arrêtée. 10 ans plus tard, le 31 décembre 2014, la production des kits de maintenance préventive et de toutes les pièces détachées a finalement été également stoppée.
- L'utilisation de ventilateurs qui ne peuvent plus être maintenus selon les instructions de service peut entraîner des risques pour les patients en terme de niveau de sécurité et de performances diminués par rapport aux attentes. Cette situation n'a pas été incluse dans notre analyse de risque et nos évaluations cliniques.
- Nous reconnaissons que durant une crise telle que celle que nous connaissons avec le Covid-19, les professions médicales peuvent être amenées à prendre des mesures exceptionnelles pour traiter et sauver le plus de vies possible. La décision d'utiliser ces ventilateurs sur des patients, ainsi que les déviations par rapport aux standards des appareils médicaux et aux règles, est entièrement laissée à la responsabilité du prestataire de soins en charge, en fonction de son analyse des risques et des bénéfices.
- Cependant, lorsqu'une décision en situation d'urgence a été prise, nous pensons qu'il est très important que les prestataires de soins utilisent toutes les connaissances disponibles afin que l'utilisation de ces ventilateurs se fasse de la manière aussi sûre que possible, et qui comprend un test fonctionnel complet avant mise en œuvre selon les instructions du manuel d'utilisation ainsi qu'un monitoring patient additionnel.

Veuillez vous référer aux manuels d'utilisation des SV 300 et SV 900 disponibles sur notre page de notre centre de ressources Covid-19 : <https://www.getinge.com/fr/covid-19/>

Dr. Miray Kärnekull
Medical Director
Maquet Critical Care AB

Jennie Haag
Director of Product Management
Maquet Critical Care AB